

Số: 122/BV - VTTBYT

Hải Dương, ngày 07 tháng 3 năm 2025

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương chúng tôi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Bảo dưỡng hệ thống buồng Oxy cao áp Model 2800; hãng sản xuất: SECHRIST INDUSTRIER, INC; Nước sản xuất: Mỹ tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương, với nội dung cụ thể như sau:

**1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:**

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương
- Địa chỉ: Số 112 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương
- Phòng Hành chính - VTTBYT
- Số điện thoại: 02203.830.084
- Địa chỉ email: [tovattu0922@gmail.com](mailto:tovattu0922@gmail.com)

Đơn vị tự chịu trách nhiệm về tính xác thực nội dung trong báo giá cung cấp cho Bệnh viện.

**2. Cách thức tiếp nhận báo giá:**

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư thiết bị y tế
- Nhận qua email: [tovattu0922@gmail.com](mailto:tovattu0922@gmail.com)

**3. Thời hạn tiếp nhận báo giá:** Từ 7h30 phút ngày 07 / 3 /2025 đến 16h30 phút ngày 07 / 3 /2025

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên không được xem xét)

**4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:** Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá

**5. Nội dung yêu cầu báo giá**

Bảo dưỡng hệ thống buồng Oxy cao áp MODEL2800/SECHRIST INDUSTRIER, INC/Mỹ (Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, VTTYT;



Nguyễn Thị Liễu



## PHỤ LỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Stt	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đvt	Khối lượng	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	Bảo dưỡng hệ thống buồng Oxy cao áp đơn ( trong suốt) Model: 2800 Hãng sản xuất: SECHRIST INDUSTRIER,INC Nước sản xuất: Mỹ	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bảo trì hệ thống van điều áp</li><li>- Bảo trì hệ thống van giảm áp</li><li>- Bảo trì hệ thống van an toàn theo chỉ số cài đặt của hãng</li><li>- Bảo trì toàn bộ đèn báo hiệu cơ trên bảng điều khiển</li><li>- Bảo trì toàn bộ các van đóng mở trên bảng điều khiển</li><li>- Bảo trì bộ phận trộn khí</li><li>- Bảo trì đồng hồ hiển thị áp lực đường khí vào</li><li>- Bảo trì đồng hồ hiển thị áp xuất buồng</li><li>- Bảo trì khóa an toàn cho buồng</li><li>- Kiểm tra toàn bộ đường ống khí chịu lực trước nén</li><li>- Kiểm tra ống khí chịu lực sau nén</li><li>- Kiểm tra đường khí xả thoát ra ngoài</li><li>- Lắp đặt 2 van an toàn mới.</li><li>- Vệ sinh toàn bộ buồng trong quá trình bảo trì, sẽ tiến hành vệ sinh các mục nêu trên</li></ul>	Gói	01	Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương	30 ngày