

Số: 599 /BV -VTTBYT

Hải Dương, ngày 28 tháng 11 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi : Các đơn vị kinh doanh, cung cấp trang thiết bị y tế.

Để có cơ sở lập dự toán mua sắm trang thiết bị y tế. Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương kính đề nghị các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp trang thiết bị theo như phụ lục đính kèm công văn này và gửi báo giá cấu hình cơ bản, cấu hình chi tiết, Catalog tiếng Anh + tiếng Việt về địa chỉ:

1. Bản cứng gửi về:

- Địa điểm: Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương (Số 112 đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương, T. Hải Dương).

-Người nhận: Bà Nguyễn Thị Hiền - Phụ trách vật tư y tế.

-Số điện thoại liên hệ: 02203. 830. 084

2. Bản điện tử scan báo giá (có đóng dấu hợp pháp của đơn vị) gửi:

Địa chỉ Email: hienphcnhd@gmail.com

Đơn vị tự chịu trách nhiệm về tính xác thực nội dung trong báo giá cung cấp cho Bệnh viện. Báo giá trang thiết bị cần có các nội dung cụ thể sau : Tên

trang thiết bị, Model, Đơn giá, Hãng sản xuất, Xuất xứ, và các tài liệu kỹ thuật có liên quan. Kính đề nghị các Quý đơn vị quan tâm gửi báo giá đến Bệnh viện chậm nhất là **16 giờ 30 phút ngày 08/12/2023.**

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn./. *kle*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, VTYT;





PHỤ LỤC

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN

(Phụ lục kèm theo Văn bản số : 594 / BV-VTTBYT ngày 28 tháng 11 năm 2023)

I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước:

- Chiều rộng: 38 cm \pm 5% 14,9 in
- Chiều sâu: 38 cm \pm 5% 14,9 in
- Chiều cao: 17 cm \pm 5% 6,6 in
- Trọng lượng tịnh: 3,535 kg \pm 5%
- Tổng trọng lượng: 6.660 kg \pm 5%

Nguồn cung cấp:

- Đầu vào: 100 - 240V \sim 50 / 60Hz \pm 10%
- Công suất đầu vào: 450 VA

Cầu chì:

- Dòng điện danh định: 5 A
- Công suất phá vỡ: 50 A
- Loại: 20 AG
- Hành động nhanh: 250 V \sim

Lớp điện: LỚP II

Liệu pháp điện: TYPE BF

Chế độ hoạt động: Liên tục

Tuân thủ quy định:

- IEC 60601-1
- IEC 60601-1-2
- IEC 60601-1-6
- IEC 60601 - 2-10
- **Thông số khác:**
- Loại máy: 10 kênh
- Phương pháp: điều trị 10 kênh độc lập.